

**Ministério da Saúde**

Secretaria de Vigilância em Saúde

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais

# SISLOGLAB – Preenchimento do Boletim

**Roberta Barbosa Lopes Francisco**

LAB/DIAHV/SVS/MS

Brasília-DF, 11 de dezembro de 2018

# Importância do correto preenchimento do Boletim

- Monitoramento da produção laboratorial;
- Monitoramento de indicadores de qualidade;
- Identificação de possíveis problemas de execução;
- Cálculo de necessidade de distribuição.

# Preenchimento do Boletim de CD4

**Nº de amostras recebidas:** Total de amostras recebidas pelo laboratório durante o mês (incluindo amostras fora de critério, não adequadas, não processadas por outro motivo).

**Testes Perdidos:** Número de testes executados que não foram liberados (será necessária uma nova preparação do TruCount).

Boletim Mensal CD3/CD4/CD8/CD45 - Janeiro/2018	
Numero de Amostras Recebidas:	<input type="text"/>
Testes Perdidos:	<input type="text"/>
Amostras Repetidas:	0
Quantidade de Amostras Executadas:	<input type="text"/>
Teste de Controle Interno:	<input type="text"/>
Teste de Controle Externo:	<input type="text"/>
Teste de Controle de Kit:	<input type="text"/>
Gravar	

**Amostras Repetidas:** Número de amostras cuja leitura foi repetida (não será necessária uma nova preparação do TruCount).

**Quantidade de Amostras Executadas:** Total de amostras de pacientes processadas (não somar controles, perdas e repetições).

**Teste de Controle Interno:** Testes utilizados para controle de qualidade interno, conforme necessidade e decisão interna do laboratório (painel de amostras com valores conhecidos pelo laboratório).

**Teste de Controle Externo:** Testes utilizados para controle de qualidade externo (painel de amostras com valores não conhecidos pelo laboratório - Ex.: AEQ/Ministério da Saúde).

**Teste de Controle de Kit:** Testes utilizados para controle de qualidade da rotina, conforme recomendação do fabricante (BD TruCount – controle baixo, médio e alto). Uso obrigatório.

# Preenchimento do Boletim de Carga Viral do HIV

**Nº de amostras recebidas:** Total de amostras recebidas pelo laboratório durante o mês (incluindo não adequadas ou não processadas por outro motivo).

**Testes Perdidos:** Número de testes executados que não tiveram resultado válido (que apresentaram algum código de erro e a amostra deverá ser novamente

**Amostras Repetidas:** Número de amostras que foram repetidas, seja por resultado inválido no 1º teste ou por confirmação do primeiro teste válido (2º teste

**Quantidade de Amostras Executadas:** Total de amostras de pacientes processadas (não somar controles, perdas e repetições).

**Quantidade de Amostras Congeladas:** São aquelas amostras recebidas pelo laboratório durante o mês, mas que não puderam ser processadas até o final deste).

**Teste de Controle Interno:** Testes utilizados para controle de qualidade interno, conforme necessidade e

**Teste de Controle Externo:** Testes utilizados para controle de qualidade externo (painel de amostras com valores não conhecidos pelo laboratório - Ex.: AEO/MS).

**Teste de Controle de Kit:** Testes utilizados para controle de qualidade da rotina, conforme recomendação do fabricante (Controles do kit Abbott – CN, CPB, CPA). Uso obrigatório.

**Teste de Calibração do Kit:** Número de testes utilizados para calibração do ensaio (calibração do kit Abbott – calibradores A e B, utilizados em triplicata).

Amostras Recebidas:		?
Testes Perdidos:		?
Amostras Repetidas:	0	?
Quantidade de Amostras Executadas:		?
Quantidade de Amostras Congeladas:		?
Teste de Controle Interno:		?
Teste de Controle Externo:		?
Teste de Controle de Kit:		?
Teste de Calibração do KIT:		?
Número de CV utilizada para diagnóstico:		?

## Número de CV utilizada para diagnóstico:

Testes de carga viral utilizados para o diagnóstico da infecção pelo HIV (Fluxogramas 3, 4, 5 e 6 – Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV – Portaria nº 29/13).

# Preenchimento do Boletim de Carga Viral do HBV / HCV

**Nº de amostras recebidas:** Total de amostras recebidas pelo laboratório durante o mês (incluindo não adequadas ou não processadas por outro motivo).

Amostras Recebidas:		?
Testes Perdidos:		?
Amostras Repetidas:	0	?
Quantidade de Amostras Executadas:		?
Quantidade de Amostras Congeladas:		?
Teste de Controle Interno:		?
Teste de Controle Externo:		?
Teste de Controle de Kit:		?
Teste de Calibração do KIT:		?
		Grava

**Testes Perdidos:** Número de testes executados que não tiveram resultado válido (que apresentaram algum código de erro e a amostra deverá ser novamente

**Amostras Repetidas:** Número de amostras que foram repetidas, seja por resultado inválido no 1º teste ou por confirmação do primeiro teste válido (2º teste com a

**Quantidade de Amostras Executadas:** Total de amostras de pacientes processadas (não somar controles, perdas e repetições).

**Quantidade de Amostras Congeladas:** São aquelas amostras recebidas pelo laboratório durante o mês, mas que não puderam ser processadas até o final deste).

**Teste de Controle Interno:** Testes utilizados para controle de qualidade interno, conforme necessidade e decisão interna do laboratório (painel de amostras com valores conhecidos pelo laboratório).

**Teste de Controle Externo:** Testes utilizados para controle de qualidade externo (painel de amostras com valores não conhecidos pelo laboratório - Ex.: AEQ/MS).

**Teste de Controle de Kit:** Testes utilizados para controle de qualidade da rotina, conforme recomendação do fabricante (Controles do kit Abbott – CN, CPB, CPA). Uso obrigatório.

**Teste de Calibração do Kit:** Número de testes utilizados para calibração do ensaio (calibração do kit Abbott – calibradores A e B, utilizados em triplicata).

# Boletim de Carga Viral HBV / HCV

## Mudanças para 2019

- **Nº de amostras recebidas:**

Incluir campo adicional para descrever quantitativo de amostras “não adequadas” e os motivos – por ex., amostra fora de critério, amostras coaguladas, etc.

- **Testes perdidos / amostras repetidas - justificativa:**

Incluir um “+” (campo adicional) para lançar mais de 1 tipo de motivo de perda/repetição, incluindo o quantitativo referente a cada um.

# Obrigada!

roberta.francisco@aids.gov.br